


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：张峰	
	职称：高级工程师	
	工作单位：内蒙古自治区特种设备检验研究院	
项目信息	项目名称：医用空气加压氧舱维修	
	供应商名称：烟台宏远氧业股份有限公司	
专业人员 论证意见	<p>根据《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)“10.4-1：在用氧舱改造、修理时，由于原制造单位已不存在，使用单位可以委托具有氧舱制造许可资质的制造单位承担氧舱及其配套压力容器、管道的改造与修理工作。” 现原制造单位还在，可进行单一来源采购。</p>	
专业人员 签字		日期： 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 王景超	
	职称: 工程师	
	工作单位: 解放军联勤 969 医院高压氧舱室	
项目信息	项目名称: 医用空气加压氧舱维修	
	供应商名称: 烟台宏远氧业股份有限公司	
专业人员 论证意见	<p>氧舱相关部分电气元件及附件由原生产厂家自主研发产品, 市场无法采购, 且高压氧舱为特种设备, 为了安全, 可靠运行, 建议原生产厂家进行维修、改造。</p>	
专业人员 签字	王景超	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



氧舱所相关  
备大修改?

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 赵志峰	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 内蒙古赤峰市医院	
项目信息	项目名称: 医用空气加压氧舱维修	
	供应商名称: 烟台宏远氧业股份有限公司	
专业人员 论证意见	氧舱所设计施工图纸只有原生产厂家能够提供原始图纸并在国家局备案, 原生产厂家具备大修资质及大修改造能力, 可走单一来源采购。	
专业人员 签字	赵志峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。